

SKÚŠOBNÉ LABORATÓRIUM PEZINOK

Vinársky závod Pezinok, s.r.o., Za dráhou 21, 902 01 Pezinok

Osvedčenie o akreditácii č. S 053


Telefón 033/6906 211, 6906 226 e mail: zguzelova@mvppezinok.sk Fax: 033/6906 333

Por. č. vzorky: **518**

Dátum vydania protokolu o skúške: 17.4.2014

Č. rozboru: **475 s**

Počet listov: 1



Protokol o skúškach č. 0491 / 2014

Zákazník: **MOVINO, s.r.o., Osloboditeľov 66, 990 01 Veľký Krtíš**
Druh vzorky: **víno s chráneným označením pôvodu, akostné víno s prívlastkom, červené pls.**
Označenie: **FRANKOVKA MODRÁ BV L36 roč.2013 3037 / 14**
Výrobca: **MOVINO, s.r.o., Osloboditeľov 66, 990 01 Veľký Krtíš**
Balenie: **1x 0,75 l sklo** nádoba: **Množstvo: 5500 l**
Predmet skúšky: **celková analýza** Dátum vykonania skúšky: **15.4.2014**
Vzorka doručená: **26.03.2014** Vzorku odobral: **Ing. Bodnár - ÚKSÚP**

Výsledky skúšok

Fyzikálno-chemické hodnotenie:		Stanovená hodnota:	Neistota U:	Použitá metóda:	Typ skúšky A,N,D
Hustota pri 20 °C	(kg.m ⁻³):	1006,3	2,6 %	ŠPP 4	A
Alkohol	(%obj.):	14,93	1,5 %	ŠPP 1	A
Extrakt	(g.l ⁻¹):	66,2	2,6 %	STN 56 0216-9	A
Cukor	(g.l ⁻¹):	27,0	8,6 %	STN 56 0216-44	A
Extrakt bez cukru	(g.l ⁻¹):	39,2	2,6 %	STN 56 0216-9	A
Kyseliny celkové	(g.l ⁻¹):	5,85	1,4 %	STN 56 0216-33	A
Kyseliny prchavé	(g.l ⁻¹):	0,90	8,6 %	STN 56 0216-36	A
SO ₂ voľný:	(mg.l ⁻¹):	13	6,6 %	STN 56 0216-47	A
SO ₂ celkový:	(mg.l ⁻¹):	56	4,0 %	STN 56 0216-48	A
Kys. sorbová:	(mg.l ⁻¹):	-	6,4 %	STN 56 0216-10	A
Tlak CO ₂	(kPa)	-	2,7	STN 56 0240	A
SO ₂ voľný po odpočte red. látok	(mg.l ⁻¹):	-	-		N
Tepelný test:		-	-		N

A - skúška v rozsahu akreditácie vykonaná vo vlastnom laboratóriu

N - skúška neakreditovaná, D - skúška vykonaná dodávateľsky

Výsledky skúšok sa týkajú iba skúšaných vzoriek. Vzorky boli predložené podľa zákona 313/2009 § 26 ods. 9 a doručené na skúšanie. Protokol o skúškach bol vydaný v 3 origináloch a môže byť reprodukováný jedine celý a to iba s písomným súhlasom SL.

Za správnosť zodpovedá: **manažér kvality SL**

Schválil: **Ing. Guželová Z.** vedúca skúšobného laboratória

