

Název laboratoře:	LIPERA, s.r.o.	IČ: 26306891
Sídlo laboratoře:	Boršice u Blatnice 300, 68763 Zkušební laboratoř č. 1672 akreditovaná ČIA, o.p.s.	

Protokol o zkoušce o analytickém rozboru vína č.713/2022

Firma:	Vinařství Šabata s.r.o.	IČ:	
Jméno, příjmení, titul:			
Ulice a číslo:	Nad Vodárnou 506		
Obec a PSČ:	Zaječí 69105		
Druh vína:	Veltlínské zelené	Ročník:	2021
Požadované zatřídění:	Vino VOC	Číslo šarže:	2117
Datum přijetí vzorku:	26.05.2022	Velikost šarže v l:	2315
Datum zahájení analýzy:	26.05.2022		
Datum ukončení analýzy:	26.05.2022		

Výsledky rozborů:	Výsledek	Jednotka	Rozšířená nejistota stanovení	A/N	Metoda/kód
Skutečný obsah alkoholu	12,21	obj%	0,26	A	SOP 06 (OIV-MA-AS312-01A)
Celkový obsah alkoholu	12,43	obj%	0,26	A	SOP 06 (OIV-MA-AS312-01A)
Obsah bezcukerného extraktu	23,4	g/l	0,36	A	SOP 08 (OIV-MA-AS2-01A, OIV-MA-AS2-03B)
Obsah těkavých kyselin	2,5	meq/l	0,32	A	SOP 02 (OIV MA AS313-02)
Volný SO2	31	mg/l	4	A	SOP 04 (OIV MA AS323-04A)
Celkový SO2	94	mg/l	4	A	SOP 04 (OIV MA AS323-04A)
Redukující látky		g/l			
Cukr (fruktóza + glukóza)	3,7	g/l	0,32	A	SOP 03 (OIV-MA-AS311-02, OIV-OENO-391-2010)
Celkový obsah kyselin	6,6	g/l	0,08	A	SOP 05 (OIV MA AS313-01)
Sacharóza	<0,28	g/l	-	A	SOP 03 (OIV-MA-AS311-02, OIV-OENO-391-2010)
Hustota relativní	0,99443	-	0,00010	A	SOP 08 (OIV MA AS2-01A, OIV-MA-AS2-03B)
Přetlak		MPa			
Cukr (fruktóza + glukóza + sacharóza)		g/l			

Protokol verze 2.5V - aktualizace 1.12.2011.

Ve sloupci A/N znamená A=metoda v rozsahu akreditace, N=metoda mimo rozsah akreditace

Uvedené výsledky se vztahují pouze ke zkoušenému vzorku, jak byl přijat a protokol nesmí být bez písemného souhlasu reprodukován jinak než celý.

Laboratoř nenese odpovědnost za data dodaná zákazníkem. Uvedená nejistota je celková rozšířená nejistota, která byla vypočtena s použitím koeficientu rozšíření 2, což odpovídá hladině spolehlivosti přibližně 95 procent. Použité zkušební postupy jsou v platném znění OIV.

Datum vystavení: 27.05.2022

Zodpovědný pracovník:
(razítko, podpis)

Ing. Tereza Bábičková

Digitálně podepsal: SERIALNUMBER=P408326, G=Radek, SN=Zlomek, CN=Ing. Radek Zlomek, OU=1, O=LIPERA s.r.o.,

OID.2.5.4.97=NTRCZ-26306891, C=CZ

Číslo certifikátu: 0157C746

Vystavitel certifikátu: CN=PostSignum Qualified CA 4, O="Česká pošta, s.p.", OID.2.5.4.97=NTRCZ-47114983, C=CZ

PDS - vOKOsCom verze: 4.15.3.1

Časová značka: 27.05.2022 5:49:24